ISAR DENTAL
BAYRISCHES MEISTERLABOR

PFLEGEHINWEISE

für Ihre Schiene

#ISAR STANDARD | #ISAR FUNKTION | #ISAR FUNKTION BEST

ISAR DENTAL zahntechnisches Labor GmbH
Breslauer Weg 77
82538 Geretsried

+49 (0)8171 9334-0
info@isar-dental.de
isardental.com

PFLEGEHINWEISE

für Ihre Schiene

TÄGLICHE REINIGUNG:

- Reinigen Sie Ihre Schiene möglichst vor und nach jedem Tragen
- Entfernen Sie Speichel und Rückstände mit ca. 50°C warmen Wasser
- Verwenden Sie zur Reinigung Ihre Zahnbürste und Zahngel (keine Zahnpasta mit Schleifmittel)
- Bitte keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsüblichen Prothesenreiniger verwenden

HINWEISE FÜR ISAR FUNKTION SCHIENE:

- Einfaches Einsetzen dank Memory-Effekt. Die Schiene passt sich perfekt an Ihre Zähne an und ermöglicht Ihnen ein einfaches und zeitsparendes Einsetzen
- Vor jedem Tragen für mindestens 20 Sekunden in ca. 50°C warmes Wasser legen

AUFBEWAHRUNG:

- Bewahren Sie Ihre Schiene in der mitgelieferten Isar Dental-Schienenbox auf
- Bitte achten Sie darauf, dass die Schiene trocken ist und bei Raumtemperatur in der Schienenbox aufbewahrt wird

Datum - Übergabe der Schiene von Zahnarztpraxis:

i Verweildauer der Schiene: 12 Monate / Medizinprodukteklasse IIa